



Déclaration de conformité

Pour l'équipement suivant :

Multimètre numérique HS36

Répond entièrement aux exigences de sécurité spécifiées par les Directives de la Communauté européenne 73/23/CEE et 93/68/CEE.

La conformité est déclarée selon les standards suivants :

- EN 61010-1:2001 et IEC 61010-1: 2001
- CAT III 600V, Degré de pollution 2, Classe II
- Alimentation de batterie : 9 V c.c.

Répond entièrement aux exigences de Compatibilité électromagnétique spécifiées par les Directives de la Communauté européenne, Directives 89/336/CEE.

La conformité est déclarée selon les standards suivants :

- EN 61326 (2001)
- 1. Émission : EN 55011 Classe B
- 2. Immunité : EN 61000-4-21995; EN 61000-4-31999; EN 61000-4-4; EN 2002

X _____

Carlos A Gonzalez

Spécifications et Contrôle de qualité



Fieldpiece Instruments, Inc.

Téléphone 714.634.1844 1900 E Wright Circle, Anaheim CA 92806 Fax 714.634.1848

www.fieldpiece.com