



Déclaration de conformité

Pour l'équipement suivant :

Multimètre numérique à pinces SC53

Répond entièrement aux exigences de sécurité spécifiées par les Directives de la Communauté européenne 73/23/CEE and 93/68/CEE.

La conformité est déclarée selon les standards suivants :

IEC/EN 61010-1 : 2001 et IEC/EN 61010-2-032 : 2002
Classe II, CAT III 600V pour la structure et CAT III 300V~400A~ pour la pince.

Répond entièrement aux exigences de Compatibilité électromagnétique spécifiées par les Directives de la Communauté européenne, Directives 89/336/CEE.

La conformité est déclarée selon les standards suivants :

- EN 61326 (2004)
1. Émission : Classe B
 2. Immunité : EN 61000-4-2 (2001) ; EN 61000-4-3 (2002) ; EN 61000-4-4 (2004)

X _____
Carlos A Gonzalez
Spécifications et Contrôle de qualité



Fieldpiece Instruments, Inc.

Téléphone 714.634.1844 1900 E Wright Circle, Anaheim CA 92806 Fax 714.634.1848

www.fieldpiece.com